

**УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ  
УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі **метрологічної повірки манометрів, лічильників тепла та лічильників холодної води**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

*Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 26252302, адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (метрологічна повірка манометрів, лічильників тепла та лічильників холодної води).

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги, UA-2021-07-26-003454-с.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 157 870,00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Відкриті торги проводяться для періодичної повірки засобів вимірювальної техніки – це повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал).

Строк надання послуг: з моменту укладення договору і діє до 31 грудня 2021 року.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу послуг з метрологічної повірки манометрів, лічильників тепла та лічильників холодної води визначені відповідно до потреб замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**I. Загальні вимоги щодо предмета закупівлі:**

1. Наявність матеріально-технічної бази, приміщення, основних засобів, інструменту, автотранспорту (довідка учасника довільної форми, підтвердити документально);
2. Наявність ремонтної бази (довідка учасника довільної форми);
3. Наявність метрологічного устаткування (підтвердити документально);
4. Гарантійні зобов'язання до послуг (гарантійний лист, із зазначенням гарантійного терміну на виконані роботи не менше 12-ти календарних місяців від дати приймання Замовником виконаних робіт);
5. Наявність чинного дозволу Держгірпромнагляду (Держпраці) на виконання робіт з підвищеною небезпекою: демонтаж, монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 °С).

- **Метрологічна повірка теплолічильників з монтажем-демонтажем та наладкою**

Перелік робіт:

- Отримання дозволів в ПАТ «Київтеплоенерго» та ПраТ «АК «Київводоканал» на зняття пломб до та на встановлення пломб після повірки приладів;
- демонтаж теплолічильника;
- механічна та хімічна очистка теплолічильника;
- підготовка до повірки, калібрування;

- метрологічна повірка теплолічильника;
- погодження повірки в ПАТ «Київтеплоенерго»;
- доставку до місця повірки та повернення після повірки;
- монтаж теплолічильника;
- налагоджувальні роботи після монтажу теплолічильника;
- оформлення технічної документації для отримання свідоцтв про повірку манометрів встановленого зразку з вказівкою дати наступної повірки та актів готовності приладів обліку до опалювального сезону.

Перелік теплолічильників.

Таблиця 1

№ п/п	Адреса місця встановлення	Тип лічильника	DN, мм	Кількість каналів виміру	Заводський №
1	вул. Садова, 3	СА-97/М2	50	2	27054
2	вул. Шовковична, 4	СВТУ 10М	32	2	7632
3	вул. Садова, 3а	СВТУ 10М	50	2	10574
4	пров. Рильський 8	VKP441	20		12107

- **Метрологічна повірка водолічильників системи підживлення з монтажем-демонтажем та пусконаладкою**

Перелік робіт:

- отримання дозволу в ПАТ «Київтеплоенерго» та ПрАТ «Київводоканал» на зняття пломб перед демонтажем та на встановлення пломб після повірки приладів;
- демонтаж водолічильників системи підживлення;
- механічна та хімічна очистка водолічильників системи підживлення;
- підготовка до повірки, калібрування;
- метрологічна повірка водолічильників системи підживлення;
- погодження повірки в ПАТ «Київтеплоенерго» та ПрАТ «АК «Київводоканал»;
- доставку до місця повірки та повернення після повірки;
- монтаж водолічильників системи підживлення;
- наладка водолічильників системи підживлення;
- оформлення технічної документації для отримання свідоцтв про повірку встановленого зразку з вказівкою дати наступної повірки та актів готовності приладів обліку до опалювального сезону.

Перелік водолічильників системи підживлення:

Таблиця 2

№ з/п	Адреса місця встановлення	Тип лічильника	DN, мм	Заводський №
1	вул. Садова, 3	MNW-130-40	40	08097479
2	вул. Садова, 3а	Js 90-2,5	20	05194202

- **Метрологічна повірка водолічильників з монтажем-демонтажем та наладкою**

Перелік робіт:

- отримання дозволу в ПрАТ «Київводоканал» на зняття пломб перед демонтажем та на встановлення пломб після повірки приладів;
  - демонтаж водолічильників;
  - механічна та хімічна очистка водолічильників;
  - підготовка до повірки, калібрування;
  - метрологічна повірка водолічильників;
  - погодження метрологічної повірки в ПрАТ «АК «Київводоканал»;
  - доставку до місця повірки та повернення після повірки;
  - монтаж водолічильників;
  - наладка водолічильників;
- оформлення технічної документації для отримання свідоцтв про повірку встановленого зразку, з вказівкою дати наступної повірки та актів готовності приладів обліку до опалювального сезону.

Перелік водолічильників

Таблиця 3

№ з/п	Адреса місця встановлення	Тип лічильника	DN, мм	Заводський №
1	вул. Грушевського, 5 (кафетерій (мийка))	M-N Qn6 XN	25	27014629
2	вул. Грушевського, 5 (буфет №1 (шахта))	JS-90-1.5-NK	15	05015429

3	вул. Грушевського, 5 (буфет №1(бойлер))	JS-90-1.5-NK	15	05015423
4	вул. Грушевського, 18/2 (кафетерій)	M-T Qn 3,5 A150-U	25	032980236
5	вул. Банкова, 5-7 (бойлер)	M-N Qn6 XN		22361678
6	вул. Банкова, 5-7 (буфет)	M-N Qn2,5 XN	25	223361031
7	вул. Банкова, 6-8 (тепло пункт)	M-N Qn 10	40	22338890
8	вул. Банкова, 6-8 (буфет)	JS-90-1.5-NK	15	05015420

**- Метрологічна перевірка манометра показуючого (МП100) з монтажем-демонтажем**

Перелік робіт:

- демонтаж манометра МП100;
- транспортування манометра МП100;
- підготовка до перевірки;
- метрологічна перевірка манометра МП100;
- транспортування манометра МП100;
- монтаж манометра МП100.
- оформлення технічної документації для отримання свідоцтв про перевірку манометрів встановленого зразку з вказівкою дати наступної перевірки та актів готовності приладів обліку до опалювального сезону.

Перелік манометрів:

Таблиця 4

№ з/п	Найменування обладнання	Тип	DN, мм	Адреса місця встановлення	Кількість, шт.
1	Манометр показуючий	МП100	15	вул. В. Житомирська, 11	31
2	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Садова, 3	70
3	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Садова, 3а	72
4	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Шовковична, 4	66
5	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Інститутська, 8	64
6	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Банкова, 5-7	15
7	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Банкова, 6-8	70
8	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Банкова, 6-8а	59
9	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Грушевського, 18/2	55
10	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Грушевського, 5	58
11	Манометр показуючий	МП100	15	пров. Рильського, 8	7
Загальна кількість манометрів					567

**II. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

1. Надання Послуг з організації проведення метрологічної перевірки контрольно-вимірювальних приладів (теплолічильників, водолічильників та манометрів), що встановлені у теплових пунктах адміністративних будинків Верховної Ради України повинно відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII, наказу Міністерства економічного розвитку України від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення перевірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2119-VIII, та інших нормативних документів.
2. Послуги повинні надаватися фахівцями відповідної кваліфікації учасника.
3. Після проведення перевірки ЗВТ, учасник повинен надати замовнику Свідоцтво про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки встановленого зразка з печаткою повірника, та відбитком тавра або пломби повірника, Сертифікат калібрування засобу вимірювальної техніки встановленого зразка з печаткою повірника, та відбитком тавра або пломби повірника.
4. У разі визнання повірником ЗВТ непридатним до подальшої експлуатації, оформлюється Довідка про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки встановленого зразка з печаткою повірника та відбитком повірничого тавра.
5. Перевірка ЗВТ та оформлення його результатів повинні відповідати національним стандартам, які гармонізовані з відповідними міжнародними та європейськими стандартами та документами, прийнятими міжнародними та регіональними організаціями з метрології.
6. Учасник надає у складі документації копії всіх необхідних дозвільних документів, передбачених чинним законодавством України, а також копії підтверджуючих документів (паспортів, свідоцтв, сертифікатів) на обладнання, на якому будуть надаватися послуги.

7. Перед початком робіт, учасником надаються списки працівників з паспортними даними, для перевірки комендатурою охорони Верховної Ради України.
  8. Працівники, які будуть долучені до надання послуг, повинні бути забезпечені уніформою. Учасник забезпечує спецодягом працівників за власний рахунок.
- Послуги виконавець проводить самостійно: своїми силами та за власний рахунок.