

УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ
УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі **метрологічної повірки манометрів, лічильників тепла та лічильників холодної води**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 26252302, адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (метрологічна повірка манометрів, лічильників тепла та лічильників холодної води).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: переговорна процедура, UA-2021-08-19-004885-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 157 870,00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Закупівлю: «50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (метрологічна повірка манометрів, лічильників тепла та лічильників холодної води)» (код ДК 021:2015:50410000-2: Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів) було двічі відмінено в зв'язку з поданням до участі менше двох пропозицій (Звіт про результати проведення процедури закупівлі №1; UA-2021-07-08-005244-a та Звіт про результати проведення процедури закупівлі №2: UA-2021-07-26-003454-c).

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Замовник має право застосувати переговорну процедуру якщо ним було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.

На підставі п. 1, ч. 2 ст. 40 Закону Замовником встановлено наявність підстав для застосування переговорної процедури по закупівлі: «50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (метрологічна повірка манометрів, лічильників тепла та лічильників холодної води)» (код ДК 021:2015:50410000-2: Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів). Закупівля передбачена Річним планом закупівель підприємства на 2021 рік, ідентифікатор плану UA-P-2021-08-19-001636-c.

Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: Звіт про результати проведення процедури закупівлі №1; UA-2021-07-08-005244-a та Звіт про результати проведення процедури закупівлі №2: UA-2021-07-26-003454-c.

Переговорна процедура проводиться для періодичної повірки засобів вимірювальної техніки – це повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал).

Строк надання послуг: з моменту укладення договору і діє до 31 грудня 2021 року.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу послуг з метрологічної повірки манометрів, лічильників тепла та лічильників холодної води визначені відповідно до потреб замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

I. Загальні вимоги щодо предмета закупівлі:

1. Наявність матеріально-технічної бази, приміщення, основних засобів, інструменту, автотранспорту (довідка учасника довільної форми, підтвердити документально);
2. Наявність ремонтної бази (довідка учасника довільної форми);
3. Наявність метрологічного устаткування (підтвердити документально);
4. Гарантійні зобов'язання до послуг (гарантійний лист, із зазначенням гарантійного терміну на виконані роботи не менше 12-ти календарних місяців від дати приймання Замовником виконаних робіт);
5. Наявність чинного дозволу Держгірпромнагляду (Держпраці) на виконання робіт з підвищеною небезпекою: демонтаж, монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 °С).

- Метрологічна перевірка теплотічильників з монтажем-демонтажем та наладкою

Перелік робіт:

- Отримання дозволів в ПАТ «Київтеплоенерго» та ПраТ «АК «Київводоканал» на зняття пломб до та на встановлення пломб після перевірки приладів;
- демонтаж теплотічильника;
- механічна та хімічна очистка теплотічильника;
- підготовка до перевірки, калібрування;
- метрологічна перевірка теплотічильника;
- погодження перевірки в ПАТ «Київтеплоенерго»;
- доставку до місця перевірки та повернення після перевірки;
- монтаж теплотічильника;
- налагоджувальні роботи після монтажу теплотічильника;
- оформлення технічної документації для отримання свідоцтв про перевірку манометрів встановленого зразку з вказівкою дати наступної перевірки та актів готовності приладів обліку до опалювального сезону.

Перелік теплотічильників.

Таблиця 1

№ п/п	Адреса місця встановлення	Тип лічильника	DN, мм	Кількість каналів виміру	Заводський №
1	вул. Садова, 3	СА-97/М2	50	2	27054
2	вул. Шовковична, 4	СВТУ 10М	32	2	7632
3	вул. Садова, 3а	СВТУ 10М	50	2	10574
4	пров. Рильський 8	VKP441	20		12107

- Метрологічна перевірка водолічильників системи підживлення з монтажем-демонтажем та пусконаладкою

Перелік робіт:

- отримання дозволу в ПАТ «Київтеплоенерго» та ПраТ «Київводоканал» на зняття пломб перед демонтажем та на встановлення пломб після перевірки приладів;
- демонтаж водолічильників системи підживлення;
- механічна та хімічна очистка водолічильників системи підживлення;
- підготовка до перевірки, калібрування;
- метрологічна перевірка водолічильників системи підживлення;
- погодження перевірки в ПАТ «Київтеплоенерго» та ПраТ «АК «Київводоканал»;
- доставку до місця перевірки та повернення після перевірки;
- монтаж водолічильників системи підживлення;
- наладка водолічильників системи підживлення;
- оформлення технічної документації для отримання свідоцтв про перевірку встановленого зразку з вказівкою дати наступної перевірки та актів готовності приладів обліку до опалювального сезону.

Перелік водолічильників системи підживлення:

Таблиця 2

№ з/п	Адреса місця встановлення	Тип лічильника	DN, мм	Заводський №
1	вул. Садова, 3	MNW-130-40	40	08097479
2	вул. Садова, 3а	Js 90-2,5	20	05194202

- Метрологічна повірка водолічильників з монтажем-демонтажем та наладкою

Перелік робіт:

- отримання дозволу в ПрАТ «Київводоканал» на зняття пломб перед демонтажем та на встановлення пломб після повірки приладів;
- демонтаж водолічильників;
- механічна та хімічна очистка водолічильників;
- підготовка до повірки, калібрування;
- метрологічна повірка водолічильників;
- погодження метрологічної повірки в ПрАТ «АК «Київводоканал»;
- доставку до місця повірки та повернення після повірки;
- монтаж водолічильників;
- наладка водолічильників;

оформлення технічної документації для отримання свідоцтв про повірку встановленого зразку, з вказівкою дати наступної повірки та актів готовності приладів обліку до опалювального сезону.

Перелік водолічильників

Таблиця 3

№ з/п	Адреса місця встановлення	Тип лічильника	DN, мм	Заводський №
1	вул. Грушевського, 5 (кафетерій (мийка))	M-N Qn6 XN	25	27014629
2	вул. Грушевського, 5 (буфет №1 (шахта))	JS-90-1.5-NK	15	05015429
3	вул. Грушевського, 5 (буфет №1(бойлер))	JS-90-1.5-NK	15	05015423
4	вул. Грушевського, 18/2 (кафетерій)	M-T Qn 3,5 A150-U	25	032980236
5	вул. Банкова, 5-7 (бойлер)	M-N Qn6 XN		22361678
6	вул. Банкова, 5-7 (буфет)	M-N Qn2,5 XN	25	223361031
7	вул. Банкова, 6-8 (тепло пункт)	M-N Qn 10	40	22338890
8	вул. Банкова, 6-8 (буфет)	JS-90-1.5-NK	15	05015420

- Метрологічна повірка манометра показуючого (МП100) з монтажем-демонтажем

Перелік робіт:

- демонтаж манометра МП100;
- транспортування манометра МП100;
- підготовка до повірки;
- метрологічна повірка манометра МП100;
- транспортування манометра МП100;
- монтаж манометра МП100.
- оформлення технічної документації для отримання свідоцтв про повірку манометрів встановленого зразку з вказівкою дати наступної повірки та актів готовності приладів обліку до опалювального сезону.

Перелік манометрів:

Таблиця 4

№ з/п	Найменування обладнання	Тип	DN, мм	Адреса місця встановлення	Кількість, шт.
1	Манометр показуючий	МП100	15	вул. В. Житомирська, 11	31
2	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Садова, 3	70
3	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Садова, 3а	72
4	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Шовковична, 4	66
5	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Інститутська, 8	64
6	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Банкова, 5-7	15
7	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Банкова, 6-8	70
8	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Банкова, 6-8а	59
9	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Грушевського, 18/2	55
10	Манометр показуючий	МП100	15	вул. Грушевського, 5	58
11	Манометр показуючий	МП100	15	пров. Рильського, 8	7
Загальна кількість манометрів					567

II. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Надання Послуг з організації проведення метрологічної повірки контрольно-вимірювальних приладів (теплотлічильників, водолічильників та манометрів), що встановлені у теплових пунктах адміністративних будинків

Верховної Ради України повинно відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII, наказу Міністерства економічного розвитку України від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2119-VIII, та інших нормативних документів.

2. Послуги повинні надаватися фахівцями відповідної кваліфікації учасника.

3. Після проведення повірки ЗВТ, учасник повинен надати замовнику Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки встановленого зразка з печаткою повірника, та відбитком тавра або пломби повірника, Сертифікат калібрування засобу вимірювальної техніки встановленого зразка з печаткою повірника, та відбитком тавра або пломби повірника.

4. У разі визнання повірником ЗВТ непридатним до подальшої експлуатації, оформлюється Довідка про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки встановленого зразка з печаткою повірника та відбитком повірничого тавра.

5. Повірка ЗВТ та оформлення його результатів повинні відповідати національним стандартам, які гармонізовані з відповідними міжнародними та європейськими стандартами та документами, прийнятими міжнародними та регіональними організаціями з метрології.

6. Учасник надає у складі документації копії всіх необхідних дозвільних документів, передбачених чинним законодавством України, а також копії підтверджуючих документів (паспортів, свідоцтв, сертифікатів) на обладнання, на якому будуть надаватися послуги.

7. Перед початком робіт, учасником надаються списки працівників з паспортними даними, для перевірки комендатурою охорони Верховної Ради України.

8. Працівники, які будуть долучені до надання послуг, повинні бути забезпечені уніформою. Учасник забезпечує спецодягом працівників за власний рахунок.

Послуги виконавець проводить самостійно: своїми силами та за власний рахунок.